

**Fecha:** 29 de agosto de 2024  
**De:** SERVICIO DE FARMACIA  
**A:** Gerencia de Área Sanitaria I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII. Responsables de Vigilancia de Productos Sanitarios. Dirección Servicios Sanitarios SESPA, Coordinación de Farmacia SESPA, Dirección Gestión Económica SESPA.  
**Asunto:** **Alerta Productos Sanitarios N º: 2024-475**  
**N/Ref:** JRS/jrs

Se remite adjunta para su difusión la Alerta de Productos Sanitarios N° 2024-475 referida a: **“Advertencias de seguridad relacionadas con la calculadora de bolo de mySugr en dispositivos iOS, debido a que podrían proporcionar recomendaciones de dosis de insulina mayores de lo previsto”**.

Rogamos nos informen sobre las medidas adoptadas, así como si han observado alguna anomalía en los productos afectados.

Esta información puede ser consultada en la web de la AEMPS:  
<https://sinaem4.aemps.es/alertas/alertasPublicadas.do>

La respuesta, en caso procedente, deberá ser remitida preferentemente por correo electrónico a esta dirección:

**[farmacovigilancia@asturias.org](mailto:farmacovigilancia@asturias.org)**



Fdo: Jesús Ruiz Salazar  
Inspector Farmacéutico